



Základní škola a Mateřská škola
Praha 6, Bílá 1

Výběrové řízení na nákup laboratorního zdroje pro učebnu fyziky

ZŠ a MŠ Bílá, Praha 6 vypisuje výběrové řízení na nákup **regulovatelného nestabilizovaného galvanicky odděleného laboratorního zdroje AC / DC** pro učebnu fyziky.

Technické parametry

Vstup

230 V AC / 50 – 60 Hz pomocí síťového kabelu, 16 A

Výstup

Střídavé i stejnosměrné napětí 6, 12, 24 V – skokem nebo plynule nastavitelné / 40 A

4 páry svorek s vlastním jističem (vypínačem) o výstupním napětí :

3 páry x 10 A

1 pár x 15 A (doplňný o 1 paralelně připojený pár svorek pro demonstrační stůl)

Maximální rozměry

Šířka 80 cm

Výška 60 cm

Hloubka 40 cm včetně svorek – nelze překročit!

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodů.

Nabídka musí obsahovat základní údaje o uchazeči (adresu, DIČ), výši nabídkové ceny včetně DPH, dobu plnění zakázky a délku záruky a podmínky pozáručního servisu.

Zájemci doručí svoji nabídku e-mailem na adresu: skola@zsbila.cz , případně poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ, Bílá 1, 160 00 Praha 6 do 15. 5. 2015.

V Praze dne 7. 5. 2015

Mgr. Martin Molčík
ředitel školy

**Základní škola
Mateřská škola
Praha 6, Bílá 1**

Tel.: 246 037 731 • e-mail: skola@zsbila.cz •